Kit de contrôle

Pour l'Étalonnage des Capteurs d'Humidité Relative

Spécifications Techniques

Le kit de contrôle consiste en :

- 5 fioles ayant la même valeur d'humidité
- 7 bandelettes d'analyse
- 1 chambre de contrôle pour la version HKCxxC, sans chambre de contrôle pour la version HKCxxS
- Dimension de la boîte : 100 x 140 x 40mm
- Poids : 0,15kg

Précision

Une précision ±3% HR peut être obtenue si la procédure d'essai est respectée.

Conditions d'Utilisation

- Température de référence : +23°C ±1°C
- Humidité ambiante stabilisée ±10%
- Conditions de mise en place :

  Température entre 0 et +50°C avec correction à apporter selon le manuel d'instructions.

  Humidité entre 40 et 60% d'humidité relative
- Les instruments doivent être vérifiés et le kit de contrôle doit être conservé dans le même environnement au moins 10 heures avant le début de la procédure
- Durée de conservation des solutions :
  En fiole : illimitée Dans la chambre de contrôle : 2 heures

Codes de Commande

Pour constituer le code de commande, sélectionnez la fonctions pertinents dans les tableaux ci-dessous, à commencer par le modèle de base, qui est {Fonction A}, puis ajoutez ensuite les options pour créer une chaîne : {Fonction A}+{Fonction B}+{Fonction C}

Exemple de commande : HKC-25-C12
Kit de contrôle humidité relative 25% avec chambre & adaptateur ø12mm, incluant une mallette de transport

HKC	35	C12

Modèle de base {Fonction A}	
Kit de contrôle humidité relative avec mallette de transport	HKC

Niveaux d'humidité relative {Fonction B}	
25% HR sans chambre	25
35% HR sans chambre	35
50% HR sans chambre	50
80% HR sans chambre	80

Chambres {Fonction C}	
Avec chambre & adaptateur ø12mm	C12
Avec chambre & adaptateur ø19mm	C19
Sans chambre	S00

Édition n° : Control Kit_97164_V2_FR_0612

Veuillez prendre note : Michell Instruments adopte un programme de développement continu qui nécessite parfois des changements de spécifications sans préavis. Veuillez nous contacter pour connaître la version la plus récente.